

Checkliste für NEURO PRAX® TMS/tES, NEURO PRAX® MR, NEURO PRAX® EEG

	Pelicase Koffer groß (schwarz)
	Pelicase Koffer mittel (schwarz)

NEURO PRAX® Therapist

	NEURO PRAX® Therapist
	Vesa-Adapter
	Knauf
	Ständer
	Netzkabel
	Tastatur (evtl. mit USB-Adapter)
	Maus (evtl. mit USB-Adapter)

NEURO PRAX® Trainer

	NEURO PRAX® Trainer
	Vesa-Adapter
	Knauf
	Ständer
	Verbindungskabel Therapist-Trainer

Verstärker

	NEURO PRAX® Verstärker
	Adapterbox 32/64
	Flachbandkabel
	optisches Kabel
	Ladegerät (Mascot) mit/ohne Netzkabel

Zubehör

	Medizinproduktebuch
	Triggerbox
	Sonstiges:

## NEURO PRAX® - Koffer

Den Pelicase-Koffer gibt es in einer großen und mittleren Ausführung.

Im großen Pelicase-Koffer befinden sich der NEURO **PRAX**® THERAPIST, Netzkabel, Maus, Tastatur, Verbrauchsmaterialien und optionales Zubehör.

Im mittleren Pelicase-Koffer befindet sich der Verstärker, die Adapterbox, das/die Flachbandkabel, das optische Kabel und das Ladegerät.



Eine detaillierte Anleitung zum Verpacken der Komponenten in dem jeweiligen Koffer befindet sich im Handbuch Kapitel Transportverpackung.

## NEURO PRAX® THERAPIST



### **Achtung!**

Bitte Typenschild beachten!  
Therapist und Trainer sind nur anhand des Typenschildes sowie der Unterseite unterscheidbar.

Vesa-Adapter umfasst alles, was an den Therapist angeschraubt ist. Zwischen Vesa-Adapter und Ständer befindet sich ein Sicherungsring.  
Knauf und Vesa-Adapter sind abschraubbar.  
Bitte alle drei Teile beilegen.



**Vesa-Adapter**

**Sicherungs-  
ring**

### **Stromversorgung**

Die Stromversorgung des Monitor erfolgt über ein 2-Pin-Netz Kabel.



### **Tastatur und Maus**

Wenn vorhanden, USB-Adapter für den PS2-Anschluss bitte mit beilegen.



## NEURO PRAX® Trainer

### **Achtung!**

Auch beim Trainer müssen alle drei Bestandteile: Vesa-Adapter, Knauf und Ständer beigelegt werden (siehe NEURO PRAX® Therapist)

## **Verbindungskabel Therapist-Trainer**



## NEURO PRAX® Verstärker

Der NEURO PRAX® Verstärker setzt sich aus dem Verstärker, der Adapterbox, dem/n Flachbandkabel/n, den optischen Kabeln und dem Ladegerät zusammen. Je nach Ausführung kann die Anzahl der einzelnen Komponenten variieren.

## **Verstärker**



## Adapterbox 32/64

Adapterbox 32



Adapterbox 64



## Flachbandkabel

Die Adapterboxen werden per Flachbandkabel an den Verstärker angeschlossen.



## Optische Kabel

Die optischen Kabel beim NEURO PRAX<sup>®</sup> sind nicht fest im Verstärker eingebaut, sondern können abgenommen werden.

Bitte alle optischen Kabel beilegen (siehe Bild).



## Ladegerät

Zum Verstärker gehört das Mascott Bleiakkuladegerät mit 2-Pin-Netzka-  
bel.



## Zubehör

Je nach Ausstattung ihres NEURO **PRAX**® können bei Ihnen einige Komponenten nicht vorhanden sein.

Die Triggerbox bitte mit allen optischen Kabeln, USB Anschluss und Ladegerät zusenden.

